



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 43.ОЦ.02.000.М.000316.07.21 ОТ 20.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (см. приложение на 1 л.).

Рентгеновский кабинет. 610025, г.Киров, ул.Мостовицкая, д.4, корп.1, пом.1003, этаж 1, пом. №8 по поэтажному плану (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЛОДЕНТ". 610045, г.Киров, ул.Капитана Дорофеева, д.5, кв.53 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"; СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)"; СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований"; СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"; СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"; СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение от 09.06.2021г. №1174.21 Д. ООО "Лаборатория 100"; протокол исследований (испытаний), измерений от 04.06.2021г. №050Р-РК ИЛЦ ООО "Лаборатория 100".



Заключение действительно до 20.07.2026 г.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№3375036



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 43.ОЦ.02.000.М.000316.07.21 ОТ 20.07.2021 г.

Перечень работ, выполняемых
ООО "СОЛОДЕНТ" в рентгеновском кабинете
по адресу: г.Киров, ул.Мостовицкая, д.4, корп.1, пом.1003,
этаж 1, пом. №8 по поэтажному плану:

- 1) эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих),
- 2) хранение источников ионизирующего излучения (генерирующих),
- 3) эксплуатация средств радиационной защиты источников ионизирующего излучения (генерирующих).

Используемые источники ионизирующего излучения:

- Аппарат рентгеновский интраоральный HELIODENT Plus, зав. №18770, 470649, 19540, 19057, год выпуска 2013.

Технические характеристики: анодное напряжение 60 и 70 кВ, ток 7 мА.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

